



FlowX

DE EN DA SV NO
FI PL LT ET NL

MD CE 0482

Zusätzliche Informationen/Warnhinweise

Applikations-Tips sind aus hygienischen Gründen nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
Das Umgebungslicht der dentalen Behandlungslampe kann die Polymerisation des Composites starten.
Das Composite nicht mit Harzen verdünnen.
Kontakt mit Haut, Schleimhaut und Augen vermeiden.
Das Composite kann nicht ausgehärtetem Zustand in geringem Maße reizend wirken und zu einer Sensibilisierung auf Methacrylate führen.
Handelsübliche medizinische Handschuhe bieten keinen Schutz gegen den sensibilisierenden Effekt von Methacrylaten.
VITA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA-Zahnfabrik, Bad Säckingen.
Für Kinder ungünstig aufzubewahren!

Zusammensetzung

Dimethacrylate, Dentalglas, Siliciumdioxid, Photoinitiatoren.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU Medizinprodukte Verordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt augetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Hinweis

Kurzberichte über Sicherheit und klinische Leistung für das Medizinprodukt sind in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED - <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) hinterlegt.

Garantie

First Scientific Dental GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. First Scientific Dental GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkaufsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von First Scientific Dental GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des First Scientific Dental GmbH-Produktes.

Hafungsbeschränkung

Soweit ein Hafungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für First Scientific Dental GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fehlqualität oder Vorsatz, handelt.

Indikation/Zweckbestimmung

Restaurierungen der Klassen III, IV und V

Kleine Füllungen der Klassen I und II

Unterfüllung von Kavitäten

Versiegelungen

Leistungsmerkmale

Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen

Bei direktem Kontakt mit der Pulpia sind Irritationen möglich. Deswegen muss zum Schutz der Pulpia bei teilen pulpanären Kavitäten der Kavitäteneboden immer mit einer dünnen Schicht Pulpaüberkappungsmaterial bedeckt werden.

Patientenzielgruppe

Personen, die in Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesicherter Anwender

Die Anwendung des Medizinproduktes erfolgt durch den professionell in der Zahmedizin ausgebildeten Anwender.

Wechselwirkung mit anderen Materialien

Nicht

In Verbindung mit eugenohaltenigen Präparaten verwenden. Eugenol beeinträchtigt die Aushärtung des Composites. Auch die Lagerung in der Nähe von nicht verschlossenen eugenohaltenigen Produkten ist schädlich. Unausgehärtetes Composite sollte daher keinen Kontakt zu eugenohaltenigen Produkten haben.

Anwendung**Vorbereitung des Zahns und Farbausbau**

Es wird empfohlen, den Zahn mit einer fluoridfreien Polierpaste (z.B. einer Bimssteinreinigungshämung) zu reinigen. Ermitteln Sie dann die Zahrfarbe am feuchten Zahn und wählen Sie die geeignete ORBIS FlowX-Farbe aus. ORBIS FlowX ist VITA®-Farben eingefärbt.

Bereitstellung der Kavität

Nach Trockenlegung (am besten mit Kofferdam) wird die Kavität so präpariert, dass möglichst wenig gesundes Zahnmateriale verloren geht.

Pulpanhe Bereich mit einer dünnen Schicht Pulpaüberkappungsmaterial (z.B. ORBIS ResinoCal LC) bedecken.

Die anschließende Konditionierung und Applikation eines Haftvermittlers kann gemäß der Total-Etch-Technik mit Atzgel (z.B. ORBIS Atzgel) und anschließender Applikation eines lichthärtenden Haftvermittlers (z.B. ORBI-Bond TE) oder mit einem selbstzäh�enden Haftvermittler (z.B. ORBI-Bond SE One oder ORBI-Bond Universal) entsprechend der Gebrauchsweise des verwendeten Produktes erfolgen. Danach kann ORBIS FlowX direkt verwendet werden.

Applikation von ORBIS FlowX

ORBIS FlowX wird in der ausgewählten Farbe mit geeigneten Instrumenten appliziert. Matrizen-Tippen können benutzt werden.

Applikation aus der Spritze:

Die Verschlusskappe und einen der beigelegten NeedleTips durch Drehen im Uhrzeigersinn auf der Spritze befestigen.

Nach Gebrauch der Spritze den NeedleTip entfernen und die Verschluskkappe aufsetzen. NeedleTips sind aus hygienischen Gründen nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Aushärtung von ORBIS FlowX

Für ein optimales Ergebnis soll ORBIS FlowX in Schichten mit einer Schichtstärke von max. 1 mm appliziert werden. Dabei ist jede Schicht separat auszuhärten.

Bei Verwendung einer Polymerisationslampe (Wellenlängenbereich 400–500 nm) mit einer Lichtintensität von mindestens 1000 mW/cm² jede Schicht wie folgt aushärteten:

• helle Farben (z.B. A1; A2; B2) 20 Sekunden

• dunkle Farben (z.B. A3; B3) 30 Sekunden

Dabei das Lichtausstrahlstefer möglichst nahe an das Füllungsmaterial halten.

Finieren/Politur

Beschließen kann, je nach Form der Fläche, mit Diamantfinierern, flexiblen Scheiben oder Hartmetall-Instrumenten erfolgen. Auf Hochglanz kann z.B. mit Polierscheiben oder Polierbürsten poliert werden.

Lagerung

Nicht über 25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Spritzen sofort nach Gebrauch verschließen um Lichteinwirkung zu verhindern.

Curing of ORBIS FlowX

For an optimum result apply ORBIS FlowX in layers of **max. 1 mm**. Light cure each increment separately.
Das Umgebungslicht der dentalen Behandlungslampe kann die Polymerisation des Composites starten.

Das Composite nicht mit Harzen verdünnen.

Kontakt mit Haut, Schleimhaut und Augen vermeiden.

Das Composite kann nicht ausgehärtetem Zustand in geringem Maße reizend wirken und zu einer Sensibilisierung auf Methacrylate führen.

Handelsübliche medizinische Handschuhe bieten keinen Schutz gegen den sensibilisierenden Effekt von Methacrylaten.

VITA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der VITA-Zahnfabrik, Bad Säckingen.

Für Kinder ungünstig aufzubewahren!

Zusammensetzung

Dimethacrylate, Dentalglas, Siliciumdioxid, Photoinitiatoren.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU Medizinprodukte Verordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt augetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Hinweis

Kurzberichte über Sicherheit und klinische Leistung für das Medizinprodukt sind in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED - <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) hinterlegt.

Garantie

First Scientific Dental GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. First Scientific Dental GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkaufsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von First Scientific Dental GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des First Scientific Dental GmbH-Produktes.

Hafungsbeschränkung

Soweit ein Hafungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für First Scientific Dental GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fehlqualität oder Vorsatz, handelt.

Indikation/Zweckbestimmung

Restaurierungen der Klassen III, IV und V

Kleine Füllungen der Klassen I und II

Unterfüllung von Kavitäten

Versiegelungen

Leistungsmerkmale

Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen

Bei direktem Kontakt mit der Pulpia sind Irritationen möglich. Deswegen muss zum Schutz der Pulpia bei teilen pulpanären Kavitäten der Kavitäteneboden immer mit einer dünnen Schicht Pulpaüberkappungsmaterial bedeckt werden.

Patientenzielgruppe

Personen, die in Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesicherter Anwender

Die Anwendung des Medizinproduktes erfolgt durch den professionell in der Zahmedizin ausgebildeten Anwender.

Wechselwirkung mit anderen Materialien

Nicht

In Verbindung mit eugenohaltenigen Präparaten verwenden. Eugenol beeinträchtigt die Aushärtung des Composites. Auch die Lagerung in der Nähe von nicht verschlossenen eugenohaltenigen Produkten ist schädlich. Unausgehärtetes Composite sollte daher keinen Kontakt zu eugenohaltenigen Produkten haben.

Anwendung**Vorbereitung des Zahns und Farbausbau**

Es wird empfohlen, den Zahn mit einer fluoridfreien Polierpaste (z.B. einer Bimssteinreinigungshämung) zu reinigen. Ermitteln Sie dann die Zahrfarbe am feuchten Zahn und wählen Sie die geeignete ORBIS FlowX-Farbe aus. ORBIS FlowX ist VITA®-Farben eingefärbt.

Bereitstellung der Kavität

Nach Trockenlegung (am besten mit Kofferdam) wird die Kavität so präpariert, dass möglichst wenig gesundes Zahnmateriale verloren geht.

Pulpanhe Bereich mit einer dünnen Schicht Pulpaüberkappungsmaterial (z.B. ORBIS ResinoCal LC) bedecken.

Die anschließende Konditionierung und Applikation eines Haftvermittlers kann gemäß der Total-Etch-Technik mit Atzgel (z.B. ORBIS Atzgel) und anschließender Applikation eines lichthärtenden Haftvermittlers (z.B. ORBI-Bond TE) oder mit einem selbstzäh�enden Haftvermittler (z.B. ORBI-Bond SE One oder ORBI-Bond Universal) entsprechend der Gebrauchsweise des verwendeten Produktes erfolgen. Danach kann ORBIS FlowX direkt verwendet werden.

Applikation von ORBIS FlowX

ORBIS FlowX wird in der ausgewählten Farbe mit geeigneten Instrumenten appliziert. Matrizen-Tippen können benutzt werden.

Applikation aus der Spritze:

Die Verschluskkappe und einen der beigelegten NeedleTips durch Drehen im Uhrzeigersinn auf der Spritze befestigen.

Nach Gebrauch der Spritze den NeedleTip entfernen und die Verschluskkappe aufsetzen. NeedleTips sind aus hygienischen Gründen nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Danach kann ORBIS FlowX direkt verwendet werden.

Cavity Preparation

Preparation of Tooth and Color Matching

Clean the tooth with a fluoride-free polishing paste (e.g. flour of pumice with water) prior to preparation and color matching.

Ascertain the tooth shade while teeth are still moist and select the appropriate ORBIS FlowX shade.

ORBIS FlowX is shaded according to VITA®-Shades.

Application

Preparation of Tooth and Color Matching

Clean the tooth with a fluoride-free polishing paste (e.g. flour of pumice with water) prior to preparation and color matching.

Ascertain the tooth shade while teeth are still moist and select the appropriate ORBIS FlowX shade.

ORBIS FlowX is shaded according to VITA®-Shades.

Preparation of ORBIS FlowX

Apply ORBIS FlowX in the selected shade. Place it by using a suitable instrument.

Matrix strips may be used.

Application from syringe:

Screw off the cap of the syringe and substitute it by one of the supplied NeedleTips.

After use discard the NeedleTip and attach the cap to the syringe again. NeedleTips are for single use only due to hygienic reasons.

Zusammensetzung

Dimethacrylate, Dentalglas, Siliciumdioxid, Photoinitiatoren.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU Medizinprodukte Verordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt augetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Hinweis

Kurzberichte über Sicherheit und klinische Leistung für das Medizinprodukt sind in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED - <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) hinterlegt.

Garantie

First Scientific Dental GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. First Scientific Dental GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkaufsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von First Scientific Dental GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des First Scientific Dental GmbH-Produktes.

Hafungsbeschränkung

Soweit ein Hafungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für First Scientific Dental GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fehlqualität oder Vorsatz, handelt.

Indikation/Zweckbestimmung

Restaurierungen der Klassen III, IV und V

Kleine Füllungen der Klassen I und II

Unterfüllung von Kavitäten

Versiegelungen

Leistungsmerkmale

Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen

Bei direktem Kontakt mit der Pulpia sind Irritationen möglich. Deswegen muss zum Schutz der Pulpia bei teilen pulpanären Kavitäten der Kavitäteneboden immer mit einer dünnen Schicht Pulpaüberkappungsmaterial bedeckt werden.

Patientenzielgruppe

Personen, die in Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesicherter Anwender

Die Anwendung des Medizinproduktes erfolgt durch den professionell in der Zahmedizin ausgebildeten Anwender.

Wechselwirkung mit anderen Materialien

Nicht

In Verbindung mit eugenohaltenigen Präparaten verwenden. Eugenol beeinträchtigt die Aushärtung des Composites. Auch die Lagerung in der Nähe von nicht verschlossenen eugenohaltenigen Produkten ist schädlich. Unausgehärtetes Composite sollte daher keinen Kontakt zu eugenohaltenigen Produkten haben.

Anwendung**Vorbereitung des Zahns und Farbausbau**

Es wird empfohlen, den Zahn mit einer fluoridfreien Polierpaste (z.B. einer Bimssteinreinigungshämung) zu reinigen. Ermitteln Sie dann die Zahrfarbe am feuchten Zahn und wählen Sie die geeignete ORBIS FlowX-Farbe aus. ORBIS FlowX ist VITA®-Farben eingefärbt.

Bereitstellung der Kavität

Nach Trockenlegung (am besten mit Kofferdam) wird die Kavität so präpariert, dass möglichst wenig gesundes Zahnmateriale verloren geht.

Pulpanhe Bereich mit einer dünnen Schicht Pulpaüberkappungsmaterial (z.B. ORBIS ResinoCal LC) bedecken.

Die anschließende Konditionierung und Applikation eines Haftvermittlers kann gemäß der Total-Etch-Technik mit Atzgel (z.B. ORBIS Atzgel) und anschließender Applikation eines lichthärtenden Haftvermittlers (z.B. ORBI-Bond TE) oder mit einem selbstzäh�enden Haftvermittler (z.B. ORBI-Bond SE One oder ORBI-Bond Universal) entsprechend der Gebrauchsweise des verwendeten Produktes erfolgen. Danach kann ORBIS FlowX direkt verwendet werden.

Applikation von ORBIS FlowX

ORBIS FlowX wird in der ausgewählten Farbe mit geeigneten Instrumenten appliziert. Matrizen-Tippen können benutzt werden.

Application from syringe:

Screw off the cap of the syringe and substitute it by one of the supplied NeedleTips.

After use discard the NeedleTip and attach the cap to the syringe again. NeedleTips are for single use only due to hygienic reasons.

Zusammensetzung

Dimethacrylate, Dentalglas, Siliciumdioxid, Photoinitiatoren.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den lokalen behördlichen Vorschriften.

Meldepflicht

Schwerwiegende Vorkommnisse gemäß EU Medizinprodukte Verordnung die im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt augetreten sind, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Hinweis

Kurzberichte über Sicherheit und klinische Leistung für das Medizinprodukt sind in der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED - <https://ec.europa.eu/tools/eudamed>) hinterlegt.

Garantie

First Scientific Dental GmbH garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- und Herstellfehlern ist. First Scientific Dental GmbH übernimmt keine weitere Haftung, auch keine implizite Garantie bezüglich Verkaufsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Anwender ist verantwortlich für den Einsatz und die bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes. Wenn innerhalb der Garantiefrist Schäden am Produkt auftreten, besteht Ihr einziger Anspruch und die einzige Verpflichtung von First Scientific Dental GmbH in der Reparatur oder dem Ersatz des First Scientific Dental GmbH-Produktes.

Hafungsbeschränkung

Soweit ein Hafungsausschluss gesetzlich zulässig ist, besteht für First Scientific Dental GmbH keinerlei Haftung für Verluste oder Schäden durch dieses Produkt, gleichgültig ob es sich dabei um direkte, indirekte, besondere, Begleit- oder Folgeschäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, einschließlich Garantie, Vertrag, Fehlqualität oder Vorsatz, handelt.

Indikation/Zweckbestimmung

Restaurierungen der Klassen III, IV und V

Kleine Füllungen der Klassen I und II

Unterfüllung von Kavitäten

Versiegelungen

Leistungsmerkmale

Die Leistungsmerkmale des Produktes entsprechen den Anforderungen der Zweckbestimmung.

Kontraindikationen

Bei direktem Kontakt mit der Pulpia sind Irritationen möglich. Deswegen muss zum Schutz der Pulpia bei teilen pulpanären Kavitäten der Kavitäteneboden immer mit einer dünnen Schicht Pulpaüberkappungsmaterial bedeckt werden.

Patientenzielgruppe

Personen, die in Rahmen einer zahnärztlichen Maßnahme behandelt werden.

Vorgesicherter Anwender

Die Anwendung des Medizinproduktes erfolgt durch den professionell in der Zahmedizin ausgebildeten Anwender.

Wechselwirkung mit anderen Materialien

Nicht

In Verbindung mit eugenohaltenigen Präparaten verwenden. Eugenol beeinträchtigt die Aushärtung des Composites. Auch die Lagerung in der Nähe von nicht verschlossenen eugenohaltenigen Produkten ist schädlich. Unausgehärtetes Composite sollte daher keinen Kontakt zu eugenohaltenigen Produkten haben.

Anwendung

Käyttöohje

Näkyvällä valolla kovetettava hyvin juokseva mikrohybridkomposiitti

Tuotekuvus

Valo kovetettava mikrohybridkomposiitti ORBI-FlowX on näkyvällä valolla kovetettava hyvin juokseva mikrohybridkomposiitti, joka on tarkoitettu etualueen ja rajoitusten taka-alueen täytteisille. Se perustuu metakrylaattireseinään ja 0,05-1 µm epäpiiranguille filierehuksille. Filierimäärä on 62, ja filierivolyymi on 47 %. Materiaali täyttää DIN EN ISO 4049 vaatimukset.

Käyttöohje/Käyttötarkoitus

Luukan III, IV ja V täytteet

Pienti I ja II luukan täytteet

Kaviteettien pohjalle

Fissiurojen ym. sulkeminen

Ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet täytyvät sietiä käsityn vaatimukset.

Sivukatkutus

Suurpan pulpa kontakti aiheuttaama ärsytystä ei voi sulkea pois. Siksi lähes pulppa olevat aletty suojata ohuelua kerrosella pulpan suoja-aineita.

Potilas kohderyhmä

Henkilöt, joita hoitetaan hammaslaidon aikana.

Käytäjät

Tästä lääketieteellistä laittaa saa käyttää vain ammattimaisesti koulutettu hammaslääkäri.

Yhteensopimattomuus

Älä käytä yhdessä eugenoliptoisten aineiden kanssa, ne estäävät yhdistelmämuvin kovetuttamisen. Älä myöskään säilytä aineilla eugenoliptoista aineita, äläkä anna sen koskettaa eugenolia sisältävää aineita.

Käytäjät

Hampaan preparointi ja värimääritys
Puuhista hammas fluoridiopuulla puhdistustallalla (esim. hohkakivi ja ves) ennen preparointia ja värimääritystä. Määritä hampaan sävy sen ollessa vieriä koesta, ja valitse oikea ORBI-FlowX sävy noudattavat VITA®-asteikkoja.

Kaviteettien parointi

Kun hammas on eristetty - muelummin Kofferdamilla - parointeiden kaviteetti mahdollisimman säästäävästi. Lähetä pulppa sijaitsevat alueet on peitetty ohuelua kerrosella kalsiumhydroksidopitoista eristysaineella. Vasuu siis sidostaa väliväistämä johdettaan muukaan. Suosittelen Totall Ech-teknikkaa lyä Etching Gel I'de take this off etusahaposta, ja sen jälkeen valkokoveteista sidostainen. Käytä myös täpäksessä itse-estavasa sidosainetta ennen täytöä ORBI-FlowXilla.

ORBI-FlowX vienit

Vie valitun väristä ORBI-FlowXIA kaviteettin. Käytä tarkoitukseen sopivaa instrumenttia. Voidaan käyttää läpikuultavia matrisinauhoja.

Vienti ruiskulla:

Poista kierkeransi ja laita sen tilalle mukana seuraavaa NeedleTip. Hävitä NeedleTip jälkeen, ja laita kierkeransi takaisin.

NeedleTip-kärjet ovat hygieniaistä systä kertakäytöisiä.

Aplikaatio

Przygotowanie zębów i dopasowanie koloru

Przed opracowaniem i dopasowaniem koloru należy oczyścić ząb pastą polerską bez fluoru (np. maska pumeksuwa z wodą).

Sprawdź odień zęba, gdy zęby są jeszcze wilgotne i wybierz odpowiedni odień ORBI-FlowX.

Kolorystka ORBI-FlowX jest zgodna z VITA®-Shades.

Przygotowanie zębów

W celu oczyszczenia i dopasowania koloru należy odczynić ząb pastą polerską bez fluoru (np. maska pumeksuwa z wodą).

Dokładanie zębków

To urządzenie medyczne powinno być używane wyłącznie przez profesjonalnie przeszkolonego lekarza dentysty.

Niekompabilitożność z innymi materiałami

Nie stosować w połączeniu z substancjami zawierającymi eugenol, ponieważ eugenol hamuje polimeryzację kompozytu. Nie przechowywać materiału kompozytowego w pobliżu produktów zawierających eugenol, ani nie dopuszczać do kontaktu kompozytu z materiałami zawierającymi eugenol.

Indikacje/Pakiet

III, IV i V klasies restauracjios

Niedzielę I i II klasies restauracjios

Ertmi pamusalas

Sandarinas

Eksplotacines savybés

Gaminio eksplotacines savybés atitinkumai numatyto naudojimo reikalavimus.

Kontraindikacijos

Dingimasis, atsirandantis dėl tiesioginio salycio su pulpa. Todėl pulpos apsaugos zonas, esančios netoli pulpos, turi būti padengtos plonu pulpa apsaugančios medžiagos sluskiniu.

Pacientų tiksinė grupė

Asmenys, kurie gydomi odontologinės procedūros metu.

Skirta naudoti

Šia medicinos priemonę turėtų naudoti tik profesionaliai apmokytas odontologai.

Neunerinamumas su kitomis medžiagomis

Nenaudoti kartu su medžiagomis, kurios yra eugenolio, nes eugenolis slopinia kompozito polimerizacija. Nelaišykite kompozicines medžiagos šalia eugenolio turinčiu produkta, taip pat neleskite, kad kompozitas lieštuši su medžiagomis, kurios yra eugenolio.

Naudojimas

Dantys ir spalvi derinimo paruošimas

Prie paruošamų ir parinkdami spalvas, nuvalykite dantų poliravimo pastą be fluoru (pvz., pemzlos mitelis) su vandeniu.

Kai dantys su drigeli, nustatykite dantų atspalvį ir pasirinkite tinkama ORBI-FlowX atspalvį.

Orbis FlowX atspalviai atitinka VITA® atspalvius.

Ertmes paruošimas

Po izolacijoje (geriausia su kofferdamu) minimaliai pažeidiiant paruoškite ertme.

Pulpos apsaugos zonas, esančios netoli pulpos, turi būti padengtos plonu pulpa apsaugančios medžiagos sluskiniu (pvz., ORBIS Resinol ILC). Konducinioje ir užpakeite surišimo medžiaga pagal gamintojo instrukcijas. Rekomenduojame pulpa eduminimo technika su esminiu gelu (pvz., ORBI-Etching Gel), taigi rekomenduojame naudoti šviesę kietinamai surišiamo medžiagą (pvz., ORBI-Bond TE). Priešingu atveju prieš tepdami ORBI-FlowX naudotukite savalime esdinčių surišimo medžiagą (pvz., ORBI-Bond SE One arba ORBI-Bond Universal).

ORBIS FlowX dejimas

Užtekipte pasirinkto atspalvio ORBIS FlowX. Idėkite ji naudodami tinkama instrumentu. Gal būti naudoti matricos justuolės.

Dėjimas (aplikavimas) iš švirkštės:

Atskrite švirkštė dantelių ir užskrite ant švirkštė vienę iš pateiktų aplikavimo antspalvių. Po naudojimo išmeskite aplikavimo antspalvą ir vel užskrite dantų ant švirkštė. Naudojime (aplikavimas) antspalvą skirtingi vienkartiniu naujodiniu dėl higienos priežasčių.

ORBIS FlowX kietinimas

Norėdami optimálnai rezultatą, reikite ORBIS FlowX maks. 1 mm sluošias.

Kietinimo aikinais kietinimui:

Švirkštės:

Švirkštės:

Naudodami polimerizacijos prietaisą (bangų ilgiu diapazonas 400–500 nm), kurio šviesos intenzivumas ne mažesnis kaip 1000 mW/cm², kiekvieną žingsnį sukielinke taip:

Unikant kontakta skėj, blonami slūžuomi ir oczami.

Koostumus

Dimetakrylaatin, dentalialasis, piolidisksi, fotoinitiatori

Hävitämätön

Hävitää tuote paikalliseen säästöön mukaisesti.

Ilmoitusvelvollisuus

EU lääkinäilläsi laittaa koskevan asetuksen mukaisista vakavista vaara-

tilanteista, jotka ovat sattuneet tämän lääkinäillisen laitteeseen yhteydessä, on ilmoitettava valistajille ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoitusvelvollisuus

EU lääkinäilläsi laittaa koskevan asetuksen mukaisista vakavista vaara-

tilanteista, jotka ovat sattuneet tämän lääkinäillisen laitteeseen yhteydessä, on ilmoitettava valistajille ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

Takuu

First Scientific Dental GmbH takaa, että tässä tuotteessa ei ole materiaali tai

valmistusvirhe. First Scientific Dental GmbH ei myönnä mitula tuton, kuten tuotteen sopiauudesta myyntiin tai johonkin tyydyttävään käytöltäkorttuksen.

Käytäjän varmistus tuotteen sopiauudesta aiottuun käytöltäkorttuksen.

Jos First Scientific Dental GmbH:n tuote osoittautuu virheelliseksi takuu-

voinmässä aikana,

First Scientific Dental GmbH on ainoastaan velvollinen korjaamaan tuotteen

taivuttaa.

Vastun rajaukset

Elli laittaa muiuta velvollista First Scientific Dental GmbH ei vastaa tappio-

ja tai vahittäen joka johtuu tästä tuotesta, riippumatta sitä onko se suora,

epäsuora, erityinen tai satunnainen seuraus, ja riippumatta mihin vedoteta,

mukaan lukien tuopus, suomus, huolimattomaan tai suora vastuu.

Käyttöohje/Käyttötarkoitus

Luukan III, IV ja V täytteet

Pienti I ja II luukan täytteet

Kaviteettien pohjalle

Fissiurojen ym. sulkeminen

Ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet täytyvät sietiä käsityn vaatimukset.

Sivukatkutus

Lähes kaikki ORBI-FlowX on näkyvällä valolla kovetettava mikrohybridkomposiitti, joka on tarkoitettu etualueen ja rajoitusten taka-alueen täytteisille. Se perustuu metakrylaattire-

seinään ja 0,05-1 µm epäpiiranguille filierehuksille. Filierimäärä on 62, ja

filierivolyymi on 47 %. Materiaali täyttää DIN EN ISO 4049 vaatimukset.

Käyttöohje/Käyttötarkoitus

Luukan III, IV ja V täytteet

Pienti I ja II luukan täytteet

Kaviteettien pohjalle

Fissiurojen ym. sulkeminen

Ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet täytyvät sietiä käsityn vaatimukset.

Sivukatkutus

Lähes kaikki ORBI-FlowX on näkyvällä valolla kovetettava mikrohybrid-

komposiitti, joka on tarkoitettu etualueen ja rajoitusten taka-alueen täytteisille.

Epäsuora, erityinen tai satunnainen seuraus, ja riippumatta mihin vedoteta,

mukaan lukien tuopus, suomus, huolimattomaan tai suora vastuu.

Vastun rajaukset

Elli laittaa muiuta velvollista First Scientific Dental GmbH ei vastaa tappio-

ja tai vahittäen joka johtuu tästä tuotesta, riippumatta sitä onko se suora,

epäsuora, erityinen tai satunnainen seuraus, ja riippumatta mihin vedoteta,

mukaan lukien tuopus, suomus, huolimattomaan tai suora vastuu.

Käyttöohje/Käyttötarkoitus

Luukan III, IV ja V täytteet

Pienti I ja II luukan täytteet

Kaviteettien pohjalle

Fissiurojen ym. sulkeminen

Ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet täytyvät sietiä käsityn vaatimukset.

Sivukatkutus

Lähes kaikki ORBI-FlowX on näkyvällä valolla kovetettava mikrohybrid-

komposiitti, joka on tarkoitettu etualueen ja rajoitusten taka-alueen täytteisille.

Epäsuora, erityinen tai satunnainen seuraus, ja riippumatta mihin vedoteta,

mukaan lukien tuopus, suomus, huolimattomaan tai suora vastuu.

Vastun rajaukset

Elli laittaa muiuta velvollista First Scientific Dental GmbH ei vastaa tappio-

ja tai vahittäen joka johtuu tästä tuotesta, riippumatta sitä onko se suora,

epäsuora, erityinen tai satunnainen seuraus, ja riippumatta mihin vedoteta,

mukaan lukien tuopus, suomus, huolimattomaan tai suora vastuu.

Käyttöohje/Käyttötarkoitus

Luukan III, IV ja V täytteet

Pienti I ja II luukan täytteet

Kaviteettien pohjalle

Fissiurojen ym. sulkeminen

Ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet täytyvät sietiä käsityn vaatimukset.

Sivukatkutus

Lähes kaikki ORBI-FlowX on näkyvällä valolla kovetettava mikrohybrid-

komposiitti, joka on tarkoitettu etualueen ja rajoitusten taka-alueen täytteisille.

Epäsuora, erityinen tai satunnainen seuraus, ja riippumatta mihin vedoteta,

mukaan lukien tuopus, suomus, huolimattomaan tai suora vastuu.

Vastun rajaukset

Elli laittaa muiuta velvollista First Scientific Dental GmbH ei vastaa tappio-

ja tai vahittäen joka johtuu tästä tuotesta, riippumatta sitä onko se suora,

epäsuora, erityinen tai satunnainen seuraus, ja riippumatta mihin vedoteta,

mukaan lukien tuopus, suomus, huolimattomaan tai suora vastuu.

Käyttöohje/Käyttötarkoitus

Luukan III, IV ja V täytteet

Pienti I ja II luukan täytteet

Kaviteettien pohjalle

Fissiurojen ym. sulkeminen

Ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet täytyvät sietiä käsityn vaatimukset.

Sivukatkutus

Lähes kaikki ORBI-FlowX on näkyvällä valolla kovetettava mikrohybrid-

komposiitti, joka on tarkoitettu etualueen ja rajoitusten taka-alueen täytteisille.

Epäsuora, erityinen tai satunnainen seuraus, ja riippumatta mihin vedoteta,

mukaan lukien tuopus, suomus, huolimattomaan tai suora vastuu.

Vastun rajaukset

Elli laittaa muiuta velvollista First Scientific Dental GmbH ei vastaa tappio-

ja tai vahittäen joka johtuu tästä tuotesta, riippumatta sitä onko se suora,

epäsuora, erityinen tai satunnainen seuraus, ja riippumatta mihin vedoteta,

mukaan lukien tuopus, suomus, huolimattomaan tai suora vastuu.

Käyttöohje/Käyttötarkoitus

Luukan III, IV ja V täytteet

Pienti I ja II luukan täytteet

Kaviteettien pohjalle

Fissiurojen ym. sulkeminen

Ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet täytyvät sietiä käsityn vaatimukset.

Sivukatkutus

Lähes kaikki ORBI-FlowX on näkyvällä valolla kovetettava mikrohybrid-

komposiitti, joka on tarkoitettu etualueen ja rajoitusten taka-alueen täytteisille.

Epäsuora, erityinen tai satunnainen seuraus, ja riippumatta mihin vedoteta,

mukaan lukien tuopus, suomus, huolimattomaan tai suora vastuu.

Vastun rajaukset

Elli laittaa muiuta velvollista First Scientific Dental GmbH ei vastaa tappio-

ja tai vahittäen joka johtuu tästä tuotesta, riippumatta sitä onko se suora,

epäsuora, erityinen tai satunnainen seuraus, ja riippumatta mihin vedoteta,

mukaan lukien tuopus, suomus, huolimattomaan tai suora vastuu.

Käyttöohje/Käyttötarkoitus

Luukan III, IV ja V täytteet

Pienti I ja II luukan täytteet

Kaviteettien pohjalle

Fissiurojen ym. sulkeminen

Ominaisuudet

Tuotteen ominaisuudet täytyvät sietiä käsityn vaatimukset.